

# 臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所／No. 2008-R02

先生各位

平成20年2月

A-08-02

## 検査内容変更のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、Ca 検査項目におきまして検査方法を従来の OCPC 法からアルセナゾⅢ法に変更させていただきます。新法は、開封後の試薬安定性に優れ、通常濃度でのマグネシウムと、MRI 造影剤の影響を受けない改良試薬となっております。尚、変更に伴い下記検査内容が変更となりますので、ご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

◆ 実施日 平成20年2月12日（火）お預かり分より

◆ 変更内容

2007年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更箇所	新	旧	備考	
p.22	1060	Ca (カルシウム)	血清	検査方法	アルセナゾⅢ法	OCPC 法	基準値は メーカー 参考基準 範囲
			基準値	8.6～10.1 mg/dl	8.0～10.2 mg/dl		
	蓄尿		検査方法	アルセナゾⅢ法	OCPC 法		
	基準値		0.15～0.29 g/day	0.1～0.3 g/day			

参考

血清 Ca 旧試薬との相関 (y: 新試薬、x: 旧試薬)

$$r=0.9962 (n=85)$$

$$y=0.95x+0.75$$

$$x \text{ 平均} : 9.28 \text{ mg/dl} \quad y \text{ 平均} : 9.58 \text{ mg/dl}$$