

臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 21 年 10 月

A-09-20

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます
この度 下記検査項目のより精度の向上のため、測定試薬性状を凍結乾燥品から液状品に変更させて頂きたい、ご案内致します。尚、検査試薬製造元、検査方法、基準値等に変更はございません。
何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 平成 21 年 11 月 16 日 (月) ご依頼分より

◆ 変更項目 ○ 総ビリルビン
○ 直接ビリルビン

参考

総ビリルビン旧試薬との相関(y:新試薬、x:旧試薬)

$r=0.9999$ (n=99)

$y=1.0207x-0.0309$ (x 平均 1.514、y 平均 1.515)

直接ビリルビン旧試薬との相関(y:新試薬、x:旧試薬)

$r=0.9991$ (n=99)

$y=1.0573x-0.0946$ (x 平均 0.606、y 平均 0.546)