

臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 23 年 11 月

A-11-26

検査内容変更延期のお願い

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度下記検査項目におきまして、検査案内記載の蓄尿保存剤を変更させて頂く予定のご案内（お知らせ A-11-24）を致しましたが、一部の検体でデータ影響があることが判明しました。

そこで大変ご迷惑をお掛け致しますが、精度面を重視し原因が特定できるまでの間、本変更内容の延期をお願い申し上げます、取り急ぎお知らせ致します。

何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬白

記

◆変更予定日 平成 23 年 12 月 1 日(木)より実施予定を延期

◆延期項目と概要

下記項目につきまして、新蓄尿保存剤のデータ影響要因が判明するまでの間、従来どおり 6N 塩酸添加の酸性畜尿でのご提出をお願い申し上げます。

2011 年 検査案内	項目 コード	検査項目
p. 30	18530	カテコールアミン総
	18540	カテコールアミン 3 分画（尿中）
p. 31	18610	VMA（尿中）
	18630	HVA（尿中）
	18570	メタネフリン総
	18580	メタネフリン 2 分画
	18620	5-HIAA（尿中）

詳細は次面をご覧ください。

● カテコールアミン総（尿中）、他6項目

下記検査におきまして、劇物を含まない蓄尿添加剤について弊社で検討した結果、良好な相関が得られましたので、先般ご案内させていただきました。しかしその後、実施前の確認検査を続行しておりましたところ、「カテコールアミン総」および「カテコールアミン3分画」の一部の検体においてのデータ低下がみられました。

何らかの条件下において、データ低下現象が起きると考えられますが、未だ原因が特定できておりません。弊社といたしましては、一部の検体のデータ影響ではございますが、精度面を重視いたしまして、原因の特定とその対策が明確になるまでの間、本変更の実施を延期させていただきたくお願い申し上げます。

変更の時期が定まりましたら、改めてご案内申し上げます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

変更延期項目

項目コード	検査項目
18530	カテコールアミン総
18540	カテコールアミン3分画（尿中）
18610	VMA（尿中）
18630	HVA（尿中）
18570	メタネフリン総
18580	メタネフリン2分画
18620	5-HIAA（尿中）

変更箇所	新（延期）	現 （12月以降も当面の間、現運用でお願い致します。）
材料	蓄尿	酸性蓄尿
備考	蓄尿の場合は、必ず所定用量の専用蓄尿添加剤を入れた蓄尿瓶に尿を24時間蓄尿し、よく混和後必要量をご提出ください。部分尿の場合、専用蓄尿添加剤は不要です。	あらかじめ、6N塩酸約20mLを入れた蓄尿瓶の中へ尿を24時間蓄尿し、よく混和後必要量をご提出ください。なお、尿量があらかじめ少ないと予想される場合には尿100mLに対して6N塩酸約1mLの割合で入れてください。酸性蓄尿されていないものはデータ低下が見られますので必ず酸性蓄尿（pH1.0～3.0）してください。