

臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 24 年 9 月

A-12-12

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、従来試薬販売中止のため測定試薬を変更させていただきます。

この変更に伴い、検査内容の変更をさせていただきますご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 平成 24 年 9 月 29 日（土）ご依頼分より

◆ 変更内容

2012 年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更内容	新	旧
p.28	14150	HA-IgM 抗体	検査方法	CLIA 法	EIA 法
			基準値	判定(-) S/CO 値 0.80 未満	判定(-) カットオフインデックス値 0.8 未満
			判定基準	S/CO 値及び判定 0.80 未満 :(-) 0.80 以上 1.20 以下:(±) 1.21 以上 :(+)	カットオフインデックス値及び判定 0.8 未満 :(-) 0.8 以上 1.1 以下:(±) 1.2 以上 :(+)
			報告桁数	S/CO 小数第 2 位	INDEX 小数第 1 位

●新法と従来法の一一致率(HA-IgM 抗体)

		従来法			合計
		+	±	-	
新法	+	9	0	0	9
	±	0	0	0	0
	-	1	0	40	41
合計		10	0	40	50

陽性一致率 90.0%

陰性一致率 100.0%

判定一致率 98.0%

次面に続く

▼変更内容

2012年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更内容	新	旧
p.28	14140	HA 抗体	検査項目名	HA-IgG 抗体	HA 抗体
			検査方法	CLIA 法	EIA 法
			基準値	判定(-) S/CO 値 1.00 未満	判定(-) 阻害率(%)49.9 以下
			報告単位	なし	判定 なし、阻害率 %
			判定基準	S/CO 値及び判定 1.00 未満:(-) 1.00 以上:(+)	阻害率(%)及び判定 49.9 以下:(-) 50.0 以上:(+)
			報告桁数	S/CO 小数第 2 位	阻害率 小数第 1 位

●新法と従来法的一致率(新法：HA-IgG 抗体、従来法：HA 抗体)

		従来法		合計
		+	-	
新法	+	25	0	25
	-	0	25	25
合計		25	25	50

陽性一致率 100.0%

陰性一致率 100.0%

判定一致率 100.0%