

臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 23 年 8 月

A-11-18

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「副甲状腺ホルモン(PTH) - インタクト」検査におきましては、測定方法変更に伴い、先生方には大変ご迷惑をおかけ致しました事、深くお詫び申し上げます。

対応処置と致しまして新測定方法(CLIA)検査結果と、旧測定方法(EIA)換算値併記でご報告させて頂いておりましたが、この度国内で広く使用されております電気化学発光免疫測定法(ECLIA)での測定に変更することとなりました。これに伴い、下記検査内容が変更となりますのでご案内申し上げます。又、旧測定方法(EIA)換算値併記は中止とさせていただきます。

先生方には、再々の変更で誠に申し訳ございません。今後この様な事が起きない様、十分な検証に努めて参ります。

何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日

平成 23 年 8 月 15 日 (月) ご依頼分より

◆ 変更内容

2011年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更内容	新	旧	備考
P30	18430	副甲状腺ホルモン (PTH)-インタクト	検査法	ECLIA	CLIA	※新法(ECLIA)と旧法(CLIA)との相関 (X:旧法, Y:新法) $Y=0.592X-0.70$ $r=0.997$ (n=40) X平均:172.8, Y平均:101.5 ※新法(ECLIA)とEIA法換算値との相関 (X:換算値, Y:新法) $Y=0.87X+8.07$ $r=0.997$ (n=40) X平均:107.4, Y平均:101.5
			基準値	10~65 pg/ml	15~69 pg/ml	
			所要日数	3~6日	2~3日	
			報告形式	・PTH-インタクト	・PTH-インタクト ・(換算値)	