

臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 24 年 7 月

A-12-10

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体検査におきまして、A(3U/ml)、B(10U/ml)、C(30U/ml)、D(100U/ml)、E(300U/ml)の5濃度の標準物質を用い、3~300U/mlの検量線より抗体値を求め、上限値 300U/ml で報告致していましたが、試薬製造メーカーより 300U/ml の標準物質の入手が困難な為、3~100U/ml の検量線に変更となる旨の連絡が参りました。これに伴い、100U/ml 以上の場合、希釈測定では回収率が 63~122%とバラつき信頼性に乏しくなる為、報告上限値を 100U/ml 以上と変更させて頂きたくご案内申し上げます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 平成 24 年 7 月 17 日 (火) ご依頼分より

◆ 変更内容

2012 年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更内容	新	旧
p. 21	12260	ヘリコバクター・ピロリ IgG 抗体	報告上限値	100 U/ml	300 U/ml