

臨床検査に関するお知らせ

株式会社セントラル医学検査研究所

先生各位

平成 24 年 7 月

A-12-11

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、MMP-3 検査項目におきまして、試薬製造メーカーより現行試薬の販売終了と、改良試薬へ移行する旨の案内があり、これに伴い、より精度の向上と非特異反応による影響が軽減された改良試薬に変更させて頂きたくご案内申し上げます。

尚、検査要項等の変更は御座いません。

何卒ご了承賜りますようお願い致します。

敬具

記

◆ 実施日 平成 24 年 8 月 6 日（月）ご依頼分より

◆ 変更内容

2012 年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更箇所	新	旧	備考
P. 17	11640	MMP-3	試薬	検査要項の変更は ございません。		改良試薬への変更。

<新試薬と旧試薬との比較>

※新試薬と旧試薬の相関

(新試薬 : y、旧試薬 : x)

$$y = 1.0446x - 23.74$$

$$r = 0.9777 \quad (n = 98)$$

x 平均 : 105.6 ng/ml

y 平均 : 86.5 ng/ml

